

FRACASO APARATO EXTENSOR EN RECAMBIO DE RODILLA, ¿TODO PERDIDO?

*Gómez López, Celia; López Dobarro, Marta, Fernández Randulfe, Marcos; López-Pardo Rico, Alejandr
Martínez Breijo, María Teresa*

HOSPITAL UNIVERSITARIO ARQUITECTO MARCIDE, FERROL (A CORUÑA)

Objetivos

Presentar el caso clínico de un fracaso de aparato extensor tras un recambio de rodilla.

Material y metodología

Mujer de 67 años con aflojamiento aséptico de PTR derecha. 15 días sufre una caída desde su propia altura en la que se produce una **dehiscencia de la herida con una rotura completa del aparato extensor y una luxación de la prótesis.**

Se procede de urgencia al lavado y sutura aparato extensor con arpones.

A los **7 días acude a urgencias con nueva caída y nueva herida con fracaso de tendón rotuliano.**

Se procede a lavado y reanclaje con sutura de alta resistencia, ingreso y antibioterapia.



Resultados

En la actualidad paciente completamente **asintomática y sin dolor** con un balance articular 0-110° y cicatriz en perfecto estado .

Conclusiones

Un fracaso del aparato extensor en un recambio de prótesis de rodilla la mayoría de las veces tiene consecuencias nefastas pero este caso es peculiar y a la vez podemos aprender de él